



ASSISTANCE TECHNIQUE & MECANIQUE

ASTEMEC SARL

Z.I du Petit Parc
5, rue des fontenelles
78920 Ecquevilly
astemec @ wanadoo.fr

CERTIFICAT DE CONTROLE

MATERIEL :

NETTOYAGE : ☒

TEST HELIUM : ☒ DETECTEUR ALCATEL ASM 151. $\leq 1.10^{-9}$ atm cm³ s⁻¹

PROTECTION :

CONTROLE PAR : *SeB*.

Matériel conforme : OUI ☒ NON ☐

Ecquevilly le : *20/06/07* -

SIGNATURE :